

BUZDOLABI ISI TAKİP FORMU

Doküman Kodu

FRB.İ.Y.FR.06

Yayın Tarihi

19.10.2016

Revizyon Numarası

00

Revizyon Tarihi

-

Sayfa Numarası

1/1

AY/YIL			BÖLÜM		
	SABAH		AKŞAM		
GÜN	ISI	KONTROLÜ YAPAN	ISI	KONTROLÜ YAPAN	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

- Buzdolabı Isısı 2-8°C' yi, Buzlanma Derecesi 0,5 Cm' i Geçmemelidir.
- Buzlanma Seviyesi 0,5 Cm Üzerinde İse Buz Çözülür.
- Buzdolabı Isısında Uygunsuzluk Varsa Teknik Servis Bilgilendirilir.